

- а) електрозахранване с двойно осигуряване (аварийно захранване с генератор);
- б) аспирационна система;
- в) инсталация за сгъстен въздух и кислород;
- г) водоснабдяване и канализация с разчет една мивка във всяка обособена зала с места за провеждане на интензивно лечение;
- д) при всяка мивка в специализирана структура за интензивно лечение трябва има условия и за дезинфекция на ръце.

Задължително оборудване в специализирана структура за интензивно лечение:

1. Задължително оборудване с разчет за всяко място за интензивно лечение:
 - а) монитор (мониторен модул) за ЕКГ, пулс и пулсоксиметрия;
 - б) апарат за измерване на системни артериални налягания;
 - в) система за дозирано подаване на кислород в овлажнена газова смес при спонтанно дишане;
 - г) система за поддържане на аспирационни дренажи.
2. Задължително оборудване с разчет за общо ползване в специализирана структура за интензивно лечение:
 - а) апаратура за изкуствена белодробна вентилация (респиратори) - броят на респираторите трябва да бъде не по-малко от две трети от броя на леглата в структурата за интензивно лечение;
 - б) инфузионна техника (перфузори, инфузомати) с разчет да се провеждат едновременно по две до три постоянни интравенозни инфузии на един пациент;
 - в) дефибрилатор във всяко обособено помещение (зала) за интензивно лечение;
 - г) мобилен рентгенов апарат - собствен или на разположение на специализираната структура за интензивно лечение.